

Prise en charge en endoscopie digestive en période d'épidémie COVID

FT/GDR/0019/V1/2020
Date de mise en application : 24/04/2020

Demande d'examen :

Réalisée comme en temps normal mais il est préférable de réaliser uniquement les urgences et patients hospitalisés, il faut déprogrammer tout ce qui peut l'être.

Les indications endoscopie chez les patients COVID ou suspect COVID devront être évaluées au cas par cas, et mentionnées à l'opérateur et à l'équipe d'endoscopie lors de la remise du bon de demande.

Parcours du patient :

Le choix du lieu de l'acte (endoscopie ou bloc modulaire) sera fait au cas par cas par l'équipe d'endoscopie.

- Réalisation en secteur d'endoscopie digestive : Utilisation d'un des ascenseurs dédiés au niveau de la Tour Nord (COVID+ : ascenseur côté post-urgence ; COVID - : ascenseur côté dialyse)
- Réalisation au bloc modulaire : circuit usuel

Équipement de protection individuel des intervenants :

Pour l'opérateur et l'aide IDE

- Endoscopie digestive haute : Coiffe, lunettes de protection, masque FFP2, surblouse, tablier imperméable, gants
- Endoscopie digestive basse (au bloc opératoire) : Coiffe, lunettes de protection, masque chirurgical, casaque de bloc, gants

Pour les autres intervenants du secteur d'endoscopie

- Masque chirurgical

La **désinfection des mains par friction hydro-alcoolique doit être renforcée avant et après contact avec les patients** (*les gants ne permettent pas de remplacer la désinfection des mains*).

Désinfection des DM et Décontamination des endoscopes :

Aucune spécificité : appliquer la procédure en vigueur

Désinfection des locaux- salles d'endoscopie, appareils, tables d'examen, brancards :

Tous les points de contact ou les sites en cas de projection sur le sol nécessitent un nettoyage avec un détergent désinfectant usuel : appliquer la procédure en vigueur.

En cas de patient suspect ou confirmé COVID :

- le nettoyage sera réalisé selon la fiche technique « entretien des locaux, cas suspect ou confirmé coronavirus » FT/GDR/0010
- En salle d'endoscopie, il est également possible d'ouvrir les fenêtres pendant 15 minutes, en même temps que la réalisation du bionettoyage

Références :

- SOCIETE FRANCAISE D'ENDOSCOPIE DIGESTIVE : recommandations du 11/03/2020, questions/réponses du 02/04/2020
- AASLD recommandations 23 mars 2020